



FICHA TÉCNICA

Referencia: 99.835.86

GTIN-13: 8428763033103

Descripción: Electrodos con conector para desfibriladores con reductor de energía. Pediátrico. Paciente < 25 Kg.




Conector

Marca: LESSA DEFI-PAD.

Reducción de Energía de 150J a 50J

Material soporte: Foam grado médico, espesor 1 mm



Superficie total (de cada electrodo): 75 cm²

Área activa (de cada electrodo): 40 cm²

Material conductor: Lámina de metal

Características del gel: Gel conductor adhesivo de baja impedancia

Látex: Exento

Longitud del cable: 120 cm

Conector: Conector de seguridad que evita contacto no intencionado.

Nº de descargas (a máxima potencia): 50 x 100J

Conformidad a las normas: Directiva 93/42/CEE (dispositivo clase IIb); ANSI/AAMI: DF-80; IEC/EN: 60601-1, 60601-2-4; ISO: 10993-1

Tecnología de gradiente térmico: Los parches de desfibrilación LESSA DEFI-PAD están diseñados de forma que se evitan posibles quemaduras y pérdidas en la uniformidad de la distribución de la corriente.

Compatibilidad (tabla orientativa)

MARCA	MODELO
Philips Laerdal Medical	Heartstream/HeartStart FR2 (+) AED model M3860A & M3861A con atenuador Laerdal Heartstrat FR2 AED M3840A & M3841A con atenuador.

Características eléctricas:

Descripción	LESSA DEFI PADS	ANSI/AAMI: DF-80
Impedancia a cortas señales de AC (@ 10Hz)	< 200 ohm	< 3000 ohm
Impedancia a largas señales de AC	< 3 ohm	< 3 ohm
Ruido	< 20 μ V	< 100 μ V
Offset voltaje tras desfibrilación @ 4 seg.	< 350 mV	< 400 mV
Rigidez Dieléctrica – corriente de fuga @ 7,5 KV	< 250 μ A	< 250 μ A
Offset voltage DC	< 10 mV	< 100 mV

Presentación: Bolsas selladas con 2 unidades; en cajas de 10 bolsas.

Condiciones de almacenado: Temperatura 5°C a 30°C. Almacenar en lugar seco y no expuesto a luz solar o fuentes directas de iluminación. Consultar detalle en envase.

Caducidad: Ver indicaciones del envase. Vida útil 30 meses desde la fecha de producción.

Precauciones: Producto de un solo uso.

Eduardo Fernández
Técnico Responsable



AB MEDICA GROUP, S.A.

lessa[®]

Avinguda Salvatella, 4
Polígon Industrial Can Salvatella.
Apdo. Correos 368
08210 – Barberà del Vallès –(BCN)
<http://www.lessap.com> | lessap@lessap.com
<http://www.abmedicagroup.com>; abmedicagroup@abmedicagroup.com
Telf.+34 93 7299400 | Fax +34 93 7191656

Barberà del Vallès, 27 de Septiembre de 2018.

